MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-315	PS/AG/41014

PRODUCTO

- PALACOS® R Cemento óseo de alta viscosidad sin gentamicina
- PALACOS® R+G Cemento óseo de alta viscosidad con gentamicina
- PALACOS® MV Cemento óseo de viscosidad media sin gentamicina
- PALACOS® MV+G Cemento óseo de viscosidad media con gentamicina
- PALACOS® LV Cemento óseo de viscosidad baja sin gentamicina
- PALACOS® LV+G Cemento óseo de viscosidad baja con gentamicina
- PALACOS® fast R+G Cemento óseo de fraguado rápido con gentamicina
- COPAL® G+C Cemento óseo de alta viscosidad con gentamicina y clindamicina
- COPAL® G+V Cemento óseo de alta viscosidad con gentamicina y vancomicina
- PALAMED® Cemento óseo de viscosidad media sin gentamicina
- PALAMED® G Cemento óseo de viscosidad media con gentamicina

FABRICANTE

Heraeus Medical GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Heraeus Iberia (Heraeus, S.A.)
Calle Forjadores, 16, 28660 Boadilla del Monte, Madrid

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con la apertura de la bolsa secundaria de los cementos óseos debido a la posibilidad de que pueda desgarrarse al abrirla, dificultando la extracción estéril de la bolsa primaria.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 11/06/2018
Localizador: E7C9NRX56A

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89