MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-312	PS/CRV/45937

PRODUCTO

- OmniDiagnost Eleva
- OmniDiagnost Classic

FINALIDAD PREVISTA

Equipos de diagnóstico de Rayos X.

Nº SERIE

La empresa indicara a cada centro en su nota de aviso los códigos de producto y números de serie afectados.

FABRICANTE

Philips Medical Systems Nederland B.V., Holanda.

DISTRIBUIDOR

PHILIPS IBÉRICA, S.A. C/ María de Portugal nº 1, 28050, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad en relación a la posible rotura de la fijación de la parte superior e inferior del mecanismo que controla la inclinación del sistema con la posibilidad de que la mesa rote a alta velocidad, lo que potencialmente podría producir la caída del paciente de la mesa.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: YN9QCF5973
Fecha de la firma: 05/06/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89