ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-321	PS/MTM/46041

PRODUCTO
Neomed sonda de alimentación gástrica radiopaca de poliuretano con conector gástrico únicamente

MODELO Y Nº LOTE
Ver modelos y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa

FABRICANTE
NeoMed LLC., EEUU.

DISTRIBUIDOR
B. Braun Medical S.A., Ctra. Terrassa 121, 08191 Rubí, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del producto debido a la posibilidad de que el tapón integrado en la conexión de las sondas de alimentación se abra accidentalmente después de ser cerrado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: WQ7PXBCE97
Fecha de la firma: 18/06/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89