ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-325	PS/MAT/45741
PRODUCTO Tornillos óseos HINTEGRA E HINTEGRA SENSITIVE	
REFERENCIA Y Nº LOTE Ver referencias y lotes afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Newdeal SAS, Francia	
DISTRIBUIDOR Medical Service SA, calle Caravel-la La Niña 22-24, 08017 Barcelona, España	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de tornillos Hintegra e Hintegra sensitive, debido a defectos de sellado en el envoltorio que podrían comprometer la esterilidad del producto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa • Listado de lotes afectados y distribuidos a Medical Service SA	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/06/2018
Localizador: DKP79RV09C

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89