ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-329	PS/MAT/46040

PRODUCTO
Autotensio muñeca, referencia SPG 340; Autotensio brazo, referencia SPG 440; Tensonic brazo, referencia 527500 y Tensonic muñeca, referencia 527522

FINALIDAD PREVISTA
Tensiómetros electrónicos

FABRICANTE
SPENGLER SAS, Francia

DISTRIBUIDOR
Germán Suministros Médicos, C/ Trueba 12 bajo, 20001 San Sebastián, Guipúzcoa

Bastos Medical S.L., C/ Collserola, 4-14, Polígono Industrial Riu D´Or, 08272 Sant Fruitós de Bages, Barcelona

ASUNTO
Modificación de las instrucciones de uso para advertir que los tensiómetros electrónicos Autotensio y Tensonic brazo y muñeca no deben ser utilizados durante el desplazamiento del paciente y no son compatibles con la electrocirugía

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 82G2GCB967
Fecha de la firma: 18/06/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89