MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-330	PS/PF/46126
PRODUCTO Placas de agar cromogénico MRSASelect II, códigos 63757 y 63759	
Nº LOTE Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE BIO-RAD, Francia	
DISTRIBUIDOR Bio-Rad Laboratories S.A., Calle Caléndula 95, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de coloración anormal de determinados lotes de las placas MRSASelect II y al crecimiento de colonias no específicas.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/06/2018
Localizador: PEYNJ5R73F

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89