MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-331	PS/PPR/46043

PRODUCTO
Analizador Atellica UAS 800, SMN 11065004

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de análisis de orina automatizado

Nº DE SERIE
Del H100030 al H100234

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc.,EEUU

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U., sita en Avenida Leonardo da Vinci 15, 28906 Getafe, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que no se transmitan los resultados de control de calidad (QC) al Sistema de información de laboratorio (LIS) cuando el software Atellica UAS 800 se configura en determinados idiomas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 18/06/2018
Localizador: 9C88L3K777

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89