MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-324	PS/CRV/34340

PRODUCTO
Sistema de infusión de insulina Accu-Chek® Insight

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de infusión de insulina para la administración continua subcutánea de insulina U100 en dosis configuradas y variables para el tratamiento de la diabetes mellitus**.**

FABRICANTE
Roche Diabetes Care GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Roche Diabetes Care S.L., Avenida de la Generalitat, 164-166, 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad e instrucciones de manejo de la bomba de insulina para reducir el riesgo de que se produzcan fugas de insulina al cambiar el cartucho precargado.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa para profesionales sanitarios
- Nota de aviso empresa para pacientes
- Nota informativa PS, 8/2018

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 19/06/2018
Localizador: K2VB7263EA

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89