MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-340	PS/CGG/46301

PRODUCTO
Medline 2L MED-RIGID (Ref. OR220)

FINALIDAD PREVISTA
Recipiente rígido de un solo uso para aspiración de fluidos

Nº LOTES
68116121006, 68116122016, 68117024009, 68117023006, 68117030715, 68117035010, 68117037015, 68117079005

FABRICANTE
Medline Industries, Inc., Northfield, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Medline International Iberia S.L.U., Parque Empresarial San Fernando, Av. Castilla, 2, Madrid, España

ASUNTO
Cese de la utilización de determinados lotes del producto Medline 2L MED-RIGID para procedimientos de liposucción, debido a la posibilidad de que se produzca una rotura de la parte inferior del recipiente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/06/2018
Localizador: 8ZDVLP5784

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89