ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-339	PS/FFG/46198

PRODUCTO

Kit de procedimientos de Angiodynamics que contienen vainas de introducción Galt, modelos, H965458820, H965458860 y H965458870

REFERENCIA Y Nº LOTE

- 45-882 5301752
- 45-886 5303442
- 45-887 5305574

FABRICANTE

AngioDynamics Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Carrer del Comte Borrell, 181, 08015 Barcelona

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados modelos y lotes de los Kits de procedimientos de Angiodynamics™, debido a que pueden contener niveles no seguros de endotoxinas bacterianas (pirógenos).

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 21/06/2018
Localizador: KFDZK82D66

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89