# ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2018-344 | PS/MTM/46424 |

**PRODUCTO**
Software eVida Vascular, versión 1.8.1.0.

**FINALIDAD PREVISTA**
El software eVida Vascular 1.8.1.0. ofrece ayuda a la planificación preoperatoria de aneurismas de aorta abdominal (AAA), aneurismas de aorta torácica (TAA), aneurismas de aorta torácico-abdominales (TAAA) y aneurismas aorto-ilíacos (IA)

**FABRICANTE**
eMedica S.L., Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, edificio 103, 48170 Zamudio (Vizcaya)

**DISTRIBUIDOR**
eMedica S.L., Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, edificio 103, 48170 Zamudio (Vizcaya)

**ASUNTO**
Advertencia de seguridad debido a que las etiquetas RAO y LAO de la herramienta C-ARM para el cálculo de la posición inicial del arco quirúrgico se muestran invertidas.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: VSZYJP3AFD
Fecha de la firma: 26/06/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89