ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-349	PS/SM/46349
PRODUCTO Discovery MR750w.	
FINALIDAD PREVISTA Escáner de Resonancia Magnética.	
FABRICANTE GE Medical Systems LLC, EEUU.	
DISTRIBUIDOR General Electric Healthcare España, SA. Calle Gobelas, 35, 28023 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad en relación a la posibilidad de que una parte de la superficie del túnel, que normalmente resulta accesible para el paciente, pueda calentarse lo suficiente como para causar quemaduras graves si el paciente lo toca y no se utiliza el cojinete adecuado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa.	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 29/06/2018
Localizador: JKW2L735D7

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89