ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-351	PS/PRV/45735

PRODUCTO
Cánula intravenosa con puerto de inyección. Vasofix Safety.

REFERENCIA
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
B. Braun Melsungen AG, Alemania

DISTRIBUIDOR
B. Braun Medical, S.A. Carretera de Terrassa 121, 08191 Rubí, Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posible fuga del fluido a través del puerto de inyección, cuando se utilizan las cánulas Vasofix Safety en infusiones de alta presión, debido a que la válvula de silicona no resiste la exposición a altas presiones.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: ZY7WA3N58A
Fecha de la firma: 29/06/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89