MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-353	PS/ NC/46495
PRODUCTO Generador de rayos X de los Sistemas Artis Pheno y Sistemas Artis Q	
FINALIDAD PREVISTA Sistema integral de angiografía digital con detector plano	
FABRICANTE Siemens Healthcare GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con el posible sobrecalentamiento del generador de rayos X debido a que no se detectan las corrientes de fuga de la instalación eléctrica o del generador.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 29/06/2018
Localizador: YCA7NZA0B0

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89