ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-357	PS/MTM/46500

PRODUCTO
Monitor/desfibrilador DEFIGARD® Touch 7

VERSION SOFTWARE
Hasta la versión de software SOFT6B25_L2 incluida

FABRICANTE
SCHILLER Medical, Francia

DISTRIBUIDOR
SCHILLER España, C/ Dublín 1, Ofic. 2 (Európolis), 28232 Las Rozas (Madrid)

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de fallo de los botones situados en el panel frontal del monitor/desfibrilador DEFIGARD Touch 7, lo que podría impedir una correcta monitorización del paciente e incluso la administración de la terapia de desfibrilación.

RECOMENDACIONES AEMPS
La AEMPS recuerda a los usuarios de los productos que deben realizar el mantenimiento e inspecciones periódicas recomendadas por el fabricante que figuran en el manual de usuario. En caso de detectar algún fallo en el producto se debe contactar con la empresa.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 04/07/2018
Localizador: BFXTFS232F

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89