ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-342	PS/PRV/46442

PRODUCTO
Procesador de Vídeo Visera Elite II OLYMPUS. Modelos OTV-S200 y OTV-S300

FINALIDAD PREVISTA
Procesador de video indicado para ser utilizado con cabezales de cámara, endoscopios, monitores, accesorios Endotherapy y otros equipos auxiliares de OLYMPUS para el diagnóstico, el tratamiento y la observación por vídeo mediante un endoscopio.

Nº SERIE
La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los números de serie afectados.

FABRICANTE
Olympus Medical Systems Corporation, Japón

DISTRIBUIDOR
Olympus Iberia, S.A.U., Plaza de Europa 29-31, 08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que la fuente de alimentación de los procesadores deje de funcionar, debido a un componente eléctrico que no cumple con las especificaciones requeridas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: KJL224453B
Fecha de la firma: 04/07/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89