MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-356	PS/PF/46278

PRODUCTO
Bond™ Polymer Refine Detection, código del producto DS9800

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de detección de polímero compacto para su uso tanto en inmunohistoquímica como en hibridación in situ cromogénica.

Nº LOTE
61671 y 61673

FABRICANTE
Leica biosystems Newcastle Ltd, Reino Unido

DISTRIBUIDOR
Leica Microsistemas S.L.U., Plaça d'Europa 41-43, 4ª Planta, 08908 Barcelona

ASUNTO
Cese de utilización de determinados lotes del producto Bond™ Polymer Refine Detection, código DS9800, debido a un funcionamiento inadecuado, mostrando en algunos casos una tinción más débil de la esperada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: F392S5E26E
Fecha de la firma: 04/07/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89