ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-361	PS/ME/46189

PRODUCTO AFECTADO

Suspensión de techo de los sistemas de Rayos X Nova, modelo Polyrad Premium CS.

FINALIDAD PREVISTA

Suspensión de techo para los sistemas de Rayos-X Nova.

FABRICANTE

SEDECAL, S.A. España.

DISTRIBUIDOR

- Radiología, S.A. C/ Pelaya, 13, Polígono Industrial Río de Janeiro. 28110 Algete. Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que se produzca la rotura de los dos cables de acero que soportan el equipo a su anclaje al techo, lo que podría producir la caída del equipo y ocasionar un daño al paciente, usuario o terceras personas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: Z2RNCTF6F5
Fecha de la firma: 06/07/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89