# ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2018-372 | PS/MTM/46602 |

**PRODUCTO**
Cobas p 612 pre-analytical system (LCP1)

**FINALIDAD PREVISTA**
Cobas p 612 pre-analytical system, es un sistema autónomo controlado por ordenador para medir y clasificar tubos de muestras codificados.

**VERSION SOFTWARE**
Todas las versiones a partir de la 2.0.

**FABRICANTE**
Roche Diagnostics GmbH, Alemania.

**DISTRIBUIDOR**
Roche Diagnostics S.L.U., Avda. de la Generalitat 171-173, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

**ASUNTO**
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que la boquilla de la unidad de pipeteo del sistema cobas p 612 LCP1, entre en contacto con la muestra cuando se utilizan puntas sin filtro, lo que podría ocasionar contaminación de otras muestras por arrastre y generación de falsos positivos.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 76XTRVGA4A
Fecha de la firma: 10/07/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89