MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-370	PS/CH/46683

PRODUCTO

Cable del sensor de flujo neonatal utilizado en los Ventiladores CARESCAPE R860, ENGSTROM CARESTATION y ENGSTROM PRO

FABRICANTE

Datex-Ohmeda, Inc., EEUU

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España, SAU, C/ Gobelas, 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que al cable del sensor de flujo neonatal de los ventiladores CARESCAPE R860, ENGSTROM CARESTATION y ENGSTROM PRO, le falte la carcasa del conector dejando expuestos los cables, que de romperse podrían causar la perdida de los parámetros de flujo y volumen corriente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 10/07/2018
Localizador: DVCPAAE573

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89