ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-374	PS/SSH/46567
PRODUCTO Desfibrilador-monitor MEDUCORE STANDARD^2.	
Nº SERIE AFECTADOS EN ESPAÑA 1004, 1011, 1006, 1010, 1008, 1002 y 1019.	
FABRICANTE Weinmann Emergency Medical Technology GmbH & Co. KG, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Hospital Hispania S. L., Avenida Camino de lo Cortao 6, Nave 3, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que el equipo no se inicie correctamente debido a un error de software.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 10/07/2018
Localizador: S3EV536AE0

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89