ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-375	PS/MAT/46247
PRODUCTO Getinge WD15 Claro, modelo GE15	
FINALIDAD PREVISTA Lavadora desinfectadora para instrumental	
Nº SERIE De WAA078527 a WAA079522 De WAA082404 a WAA085431 y WAA085543	
FABRICANTE Getinge Disinfection AB, Suecia	
DISTRIBUIDOR Getinge Group Spain, C/ Marie Curie 5, Edif. Alfa, oficinas 6.1 – 6.2, 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con una posible fuga de agua fría que podría provocar caídas y lesiones del personal	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 10/07/2018
Localizador: YYPVRRJA66

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89