ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-378	PS/CH/46502

PRODUCTO
Calentador NxStage modelos FW-300, FW-300-WW, FW-300-A, FW-301, FW-301-A

FINALIDAD DE USO
El calentador de fluidos es un accesorio del sistema NxStage System One, utilizado para calentar el dializado antes de su administración.

FABRICANTE
NxStage medical, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Palex medical SA, sita en C/ Jesús Serra Santamans, 5, CP 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el posible riesgo de incendio eléctrico sí se filtra líquido en la fuente de alimentación en la parte posterior del calentador.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 20/07/2018
Localizador: TJJC7Z4DAC

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89