MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-379	PS/ NC/46886
PRODUCTO AFECTADO Torre de alineamiento del bloque espaciador del sistema de rodilla parcial Persona® (PPK)	
Nº REFERENCIAS Y LOTES Ver referencias y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Biomet Orthopaedics, Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Zimmer Biomet Spain, S.L.U., C/ Metalurgia 32, 08038 Barcelona.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes, debido a que el elemento de acoplamiento de la torre de alineamiento PPK con el bloque espaciador tiene un tamaño reducido, lo que podría dificultar el acoplamiento entre los dispositivos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 20/07/2018
Localizador: SFYDWBJ996

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89