# ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2018-383 | PS/PRV/46572 |

**PRODUCTO**
Sistema quirúrgico da Vinci Si, Xi y X.

**FINALIDAD PREVISTA**
Sistema de control para instrumentos laparoscópicos.

**Nº SERIE**
Ver números de serie afectados en el Anexo A de la nota de aviso de la empresa.

**FABRICANTE**
Intuitive Surgical Inc, EEUU.

**DISTRIBUIDOR**
Abex Excelencia Robótica, Paseo de la Castellana,95- piso 29, 28046; Madrid.

**ASUNTO**
Advertencia de seguridad relativa a la posibilidad de que determinadas consolas del cirujano del sistema da Vinci Si, Xi y X y/o carros del lado del paciente, no se enciendan antes de un procedimiento o experimenten una pérdida de energía durante la intervención.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa
- Listado de n$^{os}$ de serie afectados. Anexo A

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 45GDR7SE06
Fecha de la firma: 20/07/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89