# ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2018-382 | PS/SSH/46496 |

**PRODUCTO**
Analizadores ABL800 que midan creatinina (cCrea).

**FINALIDAD PREVISTA**
Los analizadores ABL800 están diseñados para pruebas in vitro para determinados parámetros de muestras de sangre total, aire espirado y pleura.

**FABRICANTE**
Radiometer Medical ApS, Dinamarca.

**DISTRIBUIDOR**
Radiometer Ibérica, S.L. Avda. de Valgrande, 8 piso 2º, 28108 Alcobendas, Madrid.

**ASUNTO**
Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que el analizador ABL800 emita resultados de creatinina más bajos de los esperados en muestras de pacientes, con una diferencia de hasta un 28% por debajo de los valores reales.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS**
- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 5SRWSA6C3E
Fecha de la firma: 20/07/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89