ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-385	PS/SM/46940

PRODUCTO
ALINITY CI-SERIES SYSTEM CONTROL MODULE, referencia 03R70-01.

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas integrados de bioquímica clínica e inmunoensayo.

VERSION SOFTWARE
2.10.

FABRICANTE
ABBOTT GmBh & Co.KG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Abbott Laboratories, S.A. Av. de Burgos, 91, 28050 Madrid.

ASUNTO
Actualización del software de los sistemas Alinity ci- series de la versión 2.10 a la versión 2.50 que corrige determinadas incidencias que pueden ocasionar un problema de rendimiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 24/07/2018
Localizador: CA6G5T307C

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89