ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-393	PS/PPR/46966

PRODUCTO
EZ1 Advanced XL, referencia 9001492

FINALIDAD PREVISTA
La estación robotizada EZ1 Advanced XL está diseñada para la purificación automatizada de ácidos nucleicos a partir de muestras humanas o forenses

Nº SERIE
Del L166A1801 al L185A2137

FABRICANTE
QIAGEN GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
QIAGEN Iberia, S.L., sita en calle Rosa de Lima, 1- Edificio Alba, 28290 Las Matas, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad debido a un problema relacionado con la tarjeta de circuito impreso (PCB) de la ramificación de potencia en el instrumento EZ1 Advanced XL, que puede generar un fallo en el calefactor del instrumento, lo que puede afectar a las extracciones de ácido nucleico procesadas durante el fallo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 24/07/2018
Localizador: JT4AA9N71C

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89