ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-386	PS/MTM/46848

PRODUCTO
Ventiladores Monnal T60 (ref. KA010000) y Monnal T60 JP (ref. KA013700), fabricados entre el 31 de octubre de 2017 y el 22 de marzo de 2018

FABRICANTE
Air Liquide Medical Systems, Francia.

DISTRIBUIDOR
INSANEX S.L. SUMIN. HOSPITAL., Camino Bajo de Getafe 3, Polígono Industrial Sevilla, 28946 Fuenlabrada (Madrid).

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con una disconformidad de producción relacionada con la ausencia de puntos de adhesión en un número determinado de componentes de la placa microprocesadora de determinados ventiladores, lo cual no garantizaría que se cumpliesen los requisitos establecidos para productos sanitarios utilizados en ambulancias aéreas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 24/07/2018
Localizador: QL528QE6B2

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89