MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-376	PS/PPR/46425

PRODUCTO
Instrumentos Quirúrgicos de cuellos de prueba CORAIL® AMT, Códigos de producto L94003, L94004, L94005, L94006, L94007, L20431, L20432 y L20433

FINALIDAD PREVISTA
Instrumentos quirúrgicos reutilizables utilizados en la artroplastia total y parcial de cadera CORAIL

Nº LOTES
Ver nº de lotes afectados en la nota de aviso.

FABRICANTE
DePuy France SAS, Francia.

DISTRIBUIDOR
Johnson & Johnson S.A. , Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la posibilidad de que queden residuos detrás de los anillos internos (O-ring) de algunos cuellos de prueba CORAIL® después de su limpieza.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: ESKP86Q7E0
Fecha de la firma: 24/07/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89