ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-400	PS/FFG/44030

PRODUCTOS

Sistemas de calentamiento de paciente Geratherm:

- UniqueTemp
- UniqueResc+

FABRICANTE

Geratherm Medical AG, Alemania

DISTRIBUIDORES

- NORMEDAN S.L, Polígono Plazaola, 31195 Aizoain, Navarra
- Rx Cisneros Electromedicina S.L., C/ Fisicas, 70, 28923 Alcorcón, Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con la periodicidad de las inspecciones de todos los componentes de los sistemas de calentamiento de pacientes Geratherm Unique Temp y UniqueResc+, fabricados en el período 2009-2013, para evitar riesgos eléctricos y de incendios.

INFORMACION ADICIONAL

En febrero de 2018 la empresa remitió una nota de aviso relacionada con la periodicidad de los controles técnicos de seguridad que había que realizar al producto Geratherm UniqueTemp. La AEMPS transmitió esta información el 20 de marzo de 2018, alerta 2018-138.

Geratherm Medical está remitiendo una nueva nota de aviso en la que precisa la periodicidad de los controles técnicos de seguridad que hay que realizar en los modelos Geratherm UniqueTemp y Geratherm UniqueResc+, fabricados en el período 2009-2013.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 8W9AEWED06
Fecha de la firma: 24/07/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89