ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-407	PS/PF/47009

PRODUCTO

- ARCHITECT c4000 Processing Module, Referencia 02P24
- ARCHITECT c8000 Processing Module, Referencia 01G06
- ARCHITECT c16000 Processing Module, Referencia 03L77

FINALIDAD PREVISTA

Los sistemas de química clínica ARCHITECT están destinados a realizar ensayos químicos automatizados, utilizando la tecnología de fotometría y potenciometría. El sistema de monitorización de la presión ARCHITECT ayuda a identificar errores durante el pipeteo.

FABRICANTE

Abbott Laboratories, EEUU

DISTRIBUIDOR

Abbott Diagnostics European Distribution, Alemania

ASUNTO

Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que el sistema de monitorización de la presión no esté activo pudiendo generarse resultados incorrectos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: GNQSAXV51D
Fecha de la firma: 27/07/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89