ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-402	PS/PRV/46887

PRODUCTO

Soporte de paciente (Referencia: 989001087431) del sistema de diagnóstico digital de rayos X DigitalDiagnost

FINALIDAD PREVISTA

El soporte de paciente es un accesorio del sistema de telerradiografía DigitalDiagnost, sobre el que se acomoda al paciente para la realización del estudio radiológico

Nº SERIE

La empresa indicará a cada centro en su nota de aviso los números de serie y configuración afectados

FABRICANTE

Philips Medical Systems DMC GmbH, Alemania

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica, S.A. C/ María de Portugal, 1, 28050, Madrid

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con la fijación correcta del gancho de sujeción de la base del soporte de paciente y reemplazo de dicho sistema de fijación por uno modificado una vez esté disponible.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: F9CSJWEBC4
Fecha de la firma: 24/07/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89