ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-413	PS/MTM/47017

PRODUCTO
Línea de productos de catéteres temporales para hemodiálisis MEDCOMP.
Ver referencias afectadas en el documento adjunto.

Nº LOTE
Ver n^{os} de lote afectados en el documento adjunto.

FABRICANTE
Medcomp, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Izasa Hospital, SLU. Plaza de Europa, 21-23, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes de lo catéteres temporales para hemodiálisis MEDCOMP debido a la posibilidad de que las alas de sutura se agrieten o se rompan y recomendaciones respecto a los catéteres que se encuentran implantados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Relación de productos afectados

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 7SFX2VG005
Fecha de la firma: 02/08/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89