ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA	**REFERENCIA**
2018-418	PS/MRG/46990

PRODUCTO
VIDAS CA 15-3
Nº referencia 30429

FINALIDAD PREVISTA
Kit de ensayo para la detección del marcador tumoral CA 15-3.

Nº LOTE
1006022590 y 1006251930

FABRICANTE
bioMérieux S.A., Francia.

DISTRIBUIDOR
bioMérieux España, C/ Manuel Tovar 45-47, 28034 Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización de los lotes 1006022590 y 1006251930 del kit VIDAS CA 15-3 debido a la posibilidad de que se produzcan calibraciones fuera de rango (Standard S1 fuera de rango bajo y/o Control C1 fuera de rango alto).

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso de la empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: QXBPGFFAF1
Fecha de la firma: 03/08/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89