ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-428	PS/SSH/47177

PRODUCTO
Panocell®-10. Referencia: 0003032.

FINALIDAD PREVISTA
Identificación de anticuerpos por células panel.

Nº LOTE
22318.

FABRICANTE
Immucor, Inc. EEUU.

DISTRIBUIDOR
IMMUCOR, S.L., Argenters, 7, Edif.II, loc. Cb (Parc Tecnològic del Vallès), 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con el tipaje del antígeno V del donante D2022, incluido en el vial 4 de Panocell-10, lote 22318, al haberse confirmado mediante pruebas de ADN adicionales que el donante D2022 es V-, en lugar de V+ como se indica en la Master List corregida.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa
- Master List corregida.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 07/08/2018
Localizador: C5FKTA3F92

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89