ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-404	PS/CH/47022

PRODUCTO

Microscopio Oftálmico LuxOR™ E71 Alcon o Endure y Microscopio Oftálmico LuxOR™ E71 Q-VUE™ Alcon o Endure. Referencias 8065752304, 8065752323, 8065752332, 8065752333.

FINALIDAD PREVISTA

Microscopio oftálmico quirúrgico diseñado para aumentar la visión durante procedimientos quirúrgicos oftálmicos de catarata, retina y córnea.

FABRICANTE

Alcon Laboratories Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

ALCON CUSÍ S.A., sita en Gran Vía Corts Catalanes, 764, 08013 Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que la cabeza óptica se desprenda del soporte en el microscopio, debido a una falta de banda adhesiva.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 547CD4YF5D
Fecha de la firma: 07/08/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89