MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-433	PS/FFG/47229

PRODUCTO
Sistema de Oncología clínica MOSAIQ

VERSION SOFTWARE
2.64 SP3 o superior

FABRICANTE
Elekta Inc., Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
Elekta Medical, Calle de Manuel Tovar, 43, 28034 Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que si se deja abierta la ventana Registro administración medicación (MAR) cuando se desplaza a la hoja clínica de trabajo (CWS), el estado de prescripción que se mantiene sea incorrecto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: EVYC4KTA6B
Fecha de la firma: 08/08/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89