ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-431	PS/PRV/46847

PRODUCTOS

- Catéteres de aspiración Convatec
- Sondas gastrointestinales Convatec

Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa. Anexo 1.

FABRICANTE

Convatec Limited, Reino Unido

DISTRIBUIDOR

Convatec S.L., C/ Constitución 1, 3ª Planta, CP 08960, Sant Just Desvern, Barcelona

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados catéteres de aspiración y sondas gastrointestinales fabricados entre el 01/07/2013 y el 30/06/2018, debido a la posibilidad de que se formen pequeños agujeros en el embalaje que podrían comprometer la esterilidad.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso de la empresa a distribuidores
- Nota de aviso de la empresa a centros sanitarios

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 08/08/2018
Localizador: TZFRFLD6FB

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89