ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-437	PS/MAT/47163
PRODUCTO Bomba de infusión Accufuser	
MODELO Y Nº LOTE Ver modelos y nº de lote afectados en el anexo de la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Woo Young Medical Co., Ltd., Corea	
DISTRIBUIDOR Grifols International, S.A., c/ Palou, 6 – Polígono Industrial Levante, 08150, Parets del Vallès (Barcelona)	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados modelos y lotes de las bombas de infusión Accufuser, debido a que pueden presentar fugas en el puerto de llenado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 10/08/2018
Localizador: 7QNPLAF854

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89