ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-434	PS/CH/47205

PRODUCTO
Módulo de hipotermia/hipertermia HCU 40

FINALIDAD PREVISTA
El módulo de hipotermia/hipertermia HCU 40 se utiliza para calentar o enfriar a un paciente que está conectado a un circuito de perfusión extracorpórea y mantener constante la temperatura requerida para el paciente.

Nº DE SERIE
Del 90440387 al 90440728 y 90440366

FABRICANTE
Maquet Cardiopulmonary GmbH. Alemania.

DISTRIBUIDOR
Getinge Group Spain. C/ Marie Curie, 5, Edif. Alfa, oficinas 6.1-6.2. 28521 Rivas Vaciamadrid, Madrid

ASUNTO
Advertencia de seguridad relacionada con la sustitución de las válvulas de vacío del circuito de agua del paciente y de cardioplejia de determinados números de serie de módulos de hipotermia/hipertermia HCU 40.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso de la empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 3BW9KTZDAF
Fecha de la firma: 10/08/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89