MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-438	PS/SSH/47264

PRODUCTO
ThermoScientific™ OxoidTM Brilliance™ UTI Clarity Agar. Referencia: CM1106.

FINALIDAD PREVISTA
Medio de cultivo deshidratado para la diferenciación e identificación presuntiva de los aislados más frecuentes en las infecciones del tracto urinario.

Nº LOTE
2299980 y 2300002.

FABRICANTE
Thermo Fisher Scientific, EEUU.

DISTRIBUIDORES
- Medios de Aislamiento e Identificación Microbiológicos S.L., Avenida Paisos Catalans, 102, Vic, 08500 Barcelona.
- C. Viral, S.L., C/ Juzgado, 2, 41003 Sevilla.

ASUNTO
Cese de la utilización de los lotes 2299980 y 2300002 del producto Brilliance UTI Clarity Agar debido a la posibilidad de que *Staphylococcus aureus* crezca como colonias rosadas, lo que podría conducir a la identificación presuntiva de colonias de *S. aureus* como *Escherichia coli* o *Staphylococcus saprophyticus*.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 14/08/2018
Localizador: XFX9BDVE4C

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89