ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-440	PS/NC/45798

PRODUCTO
Generador Electroquirúrgico Megadyne® Mega Power ™, código 1000

FABRICANTE
Megadyne Medical Products, Inc, Estados Unidos.

DISTRIBUIDOR
Gestión Integral de Clínicas S.L., c/ Sector Foresta nº 9, 28760 Tres Cantos, Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad en relación a que no debe conectarse más de un dispositivo en el mismo puerto y al mismo tiempo en el Megadyne® Mega Power ™.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Nota de aviso de la empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: VTYW6ZE597
Fecha de la firma: 14/08/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89