# ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2018-441 | PS/PRV/47180 |

**PRODUCTO**

Cellular Matrix BCT-HA y Cellular Matrix A-CP-HA
ArthroVisc 40 y SkinVisc 40.

**FINALIDAD PREVISTA**

BCT-HA y A-CP-HA- para inyección intra-articular de ácido hialurónico/PRP en el tratamiento sintomático del dolor de las articulaciones y mejora de la movilidad y para inyección intradérmica en el relleno de arrugas e hidratación de la piel.
ArthroVisc 40, jeringas precargadas de ácido hialurónico para inyección intra-articular en el tratamiento sintomático del dolor articular y mejora de la movilidad.
SkinVisc 40, jeringas precargadas de ácido hialurónico para inyección intradérmica en el relleno de arrugas e hidratación de la piel.

**MODELOS Y Nº LOTE**

Ver modelos y números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

**FABRICANTE**

Regen Lab S.A., Suiza

**DISTRIBUIDOR**

Medcomtech S.A., C/ Cataluña 83-85, Edificio Brasil. 08840 Viladecans, Barcelona.

**ASUNTO**

Retirada del mercado de determinados modelos y lotes de los productos Cellular Matrix BCT-HA y A-CP-HA, ArthroVisc 40 y SkinVisc 40, de la empresa Regen Lab, S.A., al haber modificado el envase protector y haberse comercializado sin estar cubiertos por el certificado de diseño del Organismo Notificado.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: SXNFBAX861
Fecha de la firma: 16/08/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89