MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-443	PS/ NC/47382
PRODUCTO Sistemas Artis Q y Sistemas Artis Pheno	
FINALIDAD PREVISTA Sistema integral de angiografía digital con detector plano.	
Nº DE SERIE La empresa indicará a cada centro el nº de serie afectado.	
FABRICANTE Siemens Healthcare GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con la temperatura del detector plano que podría salirse del rango especificado y enfriarse, debido a una mala configuración de la unidad de control de temperatura en determinados sistemas Artis.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 16/08/2018
Localizador: 7Z4SVR48BB

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89