ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-450	PS/AG/46764

PRODUCTOS AFECTADOS EN ESPAÑA:

Envolturas NYLATEX incluidas en los sistemas de electroterapia:

- 2762CC INTELECT ADVANCED COMBO CON EMG
- 2772MC INTELECT ADVANCED COMBO BYN
- 2773MS INTELECT ADVANCED STIM B/N
- 2778 INTELECT MOBILE COMBO

FABRICANTE

DJO Global, EEUU.

DISTRIBUIDOR

Quirumed, S.L., calle Moroder, 3, Polígono Industrial III, 46113 Moncada, Valencia.

ASUNTO

Advertencia de seguridad debido a que las envolturas de NYLATEX incluidas en algunos sistemas de electroterapia de DJO Global contienen látex de caucho natural, lo que no está indicado en su etiquetado. El uso de este producto podría ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles al látex.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: YYJVVZ488A
Fecha de la firma: 21/08/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89