MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-449	PS/AG/47456

PRODUCTOS AFECTADOS EN ESPAÑA
Sistemas Allura Xper e Integris.
La empresa indicará a cada centro en la nota de aviso el código de producto y configuración afectada.

FINALIDAD PREVISTA
Sistemas de imagen por rayos X.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A., C/ María de Portugal, 1, 28050 Madrid.

ASUNTO
Advertencia de seguridad debido a la posibilidad de que el mecanismo “accionador” de la suspensión de monitores de techo (MCS) de determinados sistemas Allura Xper e Integris se separe del eje de rotor de dicho mecanismo, lo que provocaría la caída del monitor.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso de la empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: 4C68WBBC6C
Fecha de la firma: 21/08/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89