MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-454	PS/SSH/47431

PRODUCTO

- Colorante Hematek Wright-Giemsa. Nº catálogo: 01178588.
- Colorante Hematek Modificado Wright. Nº catálogo: 06689653.

FINALIDAD PREVISTA

Colorante utilizado en combinación con los sistemas Hematek para la tinción hematológica de células sanguíneas.

Nº LOTE

Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Siemens Healthcare Diagnostics Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U., Avda. Leonardo da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO

Cese de utilización de los lotes afectados de los colorantes Hematek Wright-Giemsa y Hematek Modificado Wright, debido a la posibilidad de que se forme precipitado sobre el porta durante el proceso de tinción, lo que dificultaría los procedimientos de microscopía de sangre periférica.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa.

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 22/08/2018
Localizador: B6NGVX7104

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89