ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-456	PS/PRV/47371 PS/AG/47416 PS/PRV/47417

PRODUCTO

Sistemas de diagnóstico de rayos X:

- MULTIX FUSION Analog, Digital Portable, Digital Integrated y Digital Wireless
- YSIO e YSIO MAX
- AXIOM Multix MT y AXIOM Vertix Solitaire M

Ver números de modelos afectados en las notas de aviso de la empresa

FABRICANTE

Siemens Healthcare Medical Equipment Ltd, China (MULTIX)
Siemens Healthcare GmbH, Diagnostic Imaging, Alemania (YSIO y AXIOM)

DISTRIBUIDOR

Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci, 15, 28906 Getafe, Madrid.

ASUNTO

Advertencia de seguridad relacionada con la posible caída del tubo de techo, debido a la rotura de los cables de acero del interior de la columna elevadora.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa para el sistema MULTIX FUSION
- Nota de aviso empresa para el sistema YSIO
- Nota de aviso empresa para el sistema AXIOM

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Fecha de la firma: 23/08/2018
Localizador: QRA5X33096

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89