ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2018-460	PS/CGG/47560

PRODUCTO
Clavo Affixus® para fracturas de cadera

REFERENCIAS Y Nº LOTE
Ver referencias y números de lote afectados en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Biomet Orthopaedics, Estados Unidos

DISTRIBUIDOR
ZIMMER BIOMET SPAIN S.L.U., C/Metalurgia, 32-34, 08038 Barcelona

ASUNTO
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del Clavo Affixus para fracturas de cadera, debido a la posibilidad de que el envase estéril se encuentre abierto, lo que podría comprometer la esterilidad del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa a distribuidores
- Nota de aviso empresa a clientes

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Localizador: KLND7GA6FC
Fecha de la firma: 27/08/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89